

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm Vật tư chẩn đoán hình ảnh cho máy CT năm 2026 phục vụ Hệ thống chụp cắt lớp vi tính CT Scanner, X Quang của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng Thành phố Hồ Chí Minh
- Thông tin liên hệ :
 - DS. Huỳnh Nữ Trà My (SĐT: 0912.253.427)
 - E-mail: tothau.kd1a@gmail.com
- Hình thức báo giá:
 - File excel gửi mail: tothau.kd1a@gmail.com với tiêu đề: TÊN CÔNG TY_BÁO GIÁ VTYT – CDHA năm 2026
 - + Bản giấy báo giá gửi về nơi tiếp nhận theo thông báo;
 - + Gửi file và bản scan báo giá có ký tên, đóng dấu qua email;
 - + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
 - + Quyết định, hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại cơ sở (nếu có);
 - + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy ủy quyền phân phối của nhà sản xuất (có ký, đóng mộc) (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu liên quan khác).
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày 22 tháng 6 năm 2026 đến 2. tháng 7. năm 2026
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 2. tháng 7. năm 2026
- Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, phí vận chuyển, các yêu cầu khác của bên mời thầu.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hóa:

STT	Tên VTYT (hoặc tương đương)	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật (hoặc tương đương)	Quy cách đóng gói	ĐVT	Số lượng dự trữ
1	Phim X- quang dùng trong y tế	- Kích thước: 14x17 in - Cấu trúc: Bao gồm lớp nhiệt, vật liệu nền PET và lớp phủ bảo vệ. - Dmax: $\geq 3.0D$; Dmin: $\leq 0.23D$ - Độ dày: $200 \pm 5\mu m$ - Độ mờ: $\leq 20\%$ - Độ cứng (TD): $10.0 \pm 1mN$ - Tốc độ in với máy in nhiệt có độ phân giải 300dpi: ~ 60 phim /giờ. - Nhà cung cấp cam kết lắp đặt máy in tương thích. - Tiêu chuẩn: ISO 13485; ISO:9001; CE - Phim lộ sáng, giúp xử lý vận hành trong điều kiện ánh sáng trong phòng một cách thuận tiện. - Không gây mùi khó chịu khi in.	hộp 100 tấm	Tám	12.000
2	Phim X- Quang dùng trong y tế	- Kích thước: 8 x10 in - Cấu trúc: Bao gồm lớp nhiệt, vật liệu nền PET và lớp phủ bảo vệ. - Dmax: $\geq 3.0D$; Dmin: $\leq 0.23D$ - Độ dày: $200 \pm 5\mu m$ - Độ mờ: $\leq 20\%$ - Độ cứng (TD): $10.0 \pm 1mN$ - Tốc độ in với máy in nhiệt có độ phân giải 300dpi: ~ 60 phim /giờ. - Nhà cung cấp cam kết lắp đặt máy in tương thích. - Tiêu chuẩn: ISO 13485; ISO:9001; CE - Phim lộ sáng, giúp xử lý vận hành trong điều kiện ánh sáng trong phòng một cách thuận tiện. - Không gây mùi khó chịu khi in.	hộp 100 tấm	Tám	15.000

- Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Chính hình và Phục hồi chức năng TP. Hồ Chí Minh
- Thời gian giao hàng dự kiến: sau khi hai bên ký hợp đồng
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán chuyển khoản trong vòng 90 ngày sau khi nhận hàng + hóa đơn.

Nơi nhận:

- Lưu: VT, KD-TTBYT.



Q. Giám đốc *nu*

ThS.BS. Ngô Anh Tuấn