

Số 076./TB-BVCHPHCNTPHCM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 7 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Đơn vị cung cấp Thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp năm 2026 với các nội dung sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng Thành phố Hồ Chí Minh
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
DS. Huỳnh Nữ Trà My (ĐT: 0912.253.427);
E-mail: tothau.kd1a@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược – TTBYT Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Nhận qua e-mail: tothau.kd1a@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày 8 tháng 7 năm 2026 đến 20 tháng 7 năm 2026
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: **Tối thiểu 180 ngày** kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2026

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Báo giá các Thiết bị y tế theo nhu cầu Bệnh viện.


- Danh mục hàng hóa mời báo giá
 - Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp dung tích $\geq 130l$.
Cấu hình yêu cầu chi tiết của thiết bị trong phụ lục đính kèm
- Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng TP. Hồ Chí Minh
- Thời gian giao hàng dự kiến: sau khi hai bên ký hợp đồng

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán chuyên khoản trong vòng 90 ngày sau khi hoàn thành các thủ tục bàn giao đưa vào sử dụng thiết bị y tế và xuất hóa đơn VAT

Nơi nhận:

- Lưu: VT.

Q. GIÁM ĐỐC *me*



ThS.BS. Ngô Anh Tuấn

The stamp is a red circular seal with the text: "BỘ Y TẾ", "BỆNH VIỆN CHÍNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG", "THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH". A blue ink signature is written over the stamp.

(Faint red stamp on the left edge)

PHỤ LỤC 1:

YÊU CẦU CHI TIẾT VỀ KỸ THUẬT

(Kèm Thông báo số 076/TB-BVCHPHCNTPHCM ngày 08 tháng 7 năm 2026)

1. MÁY HẤP TIỆT TRÙNG NHIỆT ĐỘ THẤP DUNG TÍCH ≥ 130 l

I. THÔNG TIN CHUNG

- Dung tích buồng hấp: lớn hơn hoặc bằng 130 lít
- Thiết bị: mới 100%
- Năm sản xuất: từ năm 2026 trở đi
- Xuất xứ: G7, châu Âu hoặc Hàn Quốc
- Tiêu chuẩn chất lượng: đạt ISO 13485 và ISO 9001 hoặc tương đương

II. CẤU HÌNH CUNG CẤP (nhà cung cấp có thể chào phương án tương đương hoặc ưu việt hơn)

- Máy chính và các bộ phận tích hợp sẵn: 01 bộ
- Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm:
 - Túi đóng gói PA hoặc tương đương: ≥ 1.000 cái
 - Hướng dẫn sử dụng và bảo quản bằng tiếng Việt, tiếng Anh

III. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1. Phạm vi sử dụng

- Tiệt trùng plasma lạnh và hàn túi vô trùng các dụng cụ y tế kim loại và phi kim loại (ví dụ: ống dây máy thở, mặt nạ, bóng ambu, ống nội soi cứng, dụng cụ không chịu nhiệt...)

2. Buồng hấp và hệ thống khí

- Dung tích buồng hấp: ≥ 130 lít

3. Vật liệu chế tạo

- Vách trong: thép không gỉ SUS 304 hoặc vật liệu tương đương/ưu việt hơn
- Vách ngoài: nhôm sơn tĩnh điện hoặc vật liệu tương đương/ưu việt hơn

4. Thông số sử dụng

- Thời gian 1 chu trình tiệt trùng: ≤ 60 phút
- Số gói xử lý mỗi mẻ: ≥ 02 gói tiêu chuẩn

5. Chức năng hàn túi

- Tự động hàn mọi loại túi đóng gói y tế phổ biến
- Phù hợp tối thiểu túi PA, PP hoặc vật liệu tương đương
- Kích thước túi tiêu chuẩn: $20 \times 30 \text{cm} \pm 10\%$
- Kích thước túi lớn nhất: $30 \times 40 \text{cm} \pm 10\%$
- Công suất xử lý: ≥ 320 gói/ngày

6. Công nghệ tiệt trùng

- Plasma lạnh (Ozone hoặc H_2O_2 hoặc công nghệ tương đương hoặc ưu việt hơn)
- Có hệ thống đo lường cường độ bức xạ hoặc tương đương

7. Vật tư tiêu hao

- Hóa chất đầu vào: oxy y tế hoặc oxy già
- Túi hấp dụng cụ tiêu chuẩn

10. Chức năng an toàn & tự động

- Hiện thị các bước xử lý bằng màn hình kỹ thuật số LED
- Có đèn cảnh báo trạng thái hoạt động, tiệt trùng

Y
VIỆN
TỈNH
CHỨC
H PHỐ
MINH
A*

- Hệ thống cảm biến kỹ thuật số giám sát và cảnh báo lỗi bằng âm thanh và hình ảnh
- Tự động đóng/mở nắp máy
- Tự ngắt hoạt động và cảnh báo khi hết oxy
- Có đèn báo plasma đang hoạt động
- Có chức năng kiểm tra hoạt tính buồng hấp bằng thiết bị đo hoặc que chỉ thị màu

V
ĐIỂM
KINH
DỰNG
HÀNG
HÌNH

Phụ lục 2

CÔNG TY:.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:

BẢNG CHÀO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Chính hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 1A Lý Thường Kiệt, phường Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh
Theo Thông báo Mời chào giá số...../BVCHPHCNTPHCM của Bệnh viện, Công ty chúng
tôi báo giá như sau:

| STT | Tên mặt hàng mời chào giá | Tên thương mại | Model máy | Cấu hình kỹ thuật | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Thời gian bảo hành |
|---|--|----------------------|--------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|---------------|-----------------------------|
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| Tổng cộng: đồng (Bằng chữ: đồng) | | | | | | | | | | | |

Ngày tháng năm 2024
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế khác, phí, lệ phí; chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan đến việc vận chuyển đến điểm lắp đặt, chi phí kiểm định, bảo hiểm, bảo hành, bảo trì trong thời gian bảo hành và chi phí chuyển giao công nghệ (nếu có);

Thời gian giao hàng:ngày kể từ thời điểm gửi đơn hàng của Bệnh viện;

Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Chính hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh (1A Lý Thường Kiệt, phường Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh)

Thời hạn bảo hành: tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu;

Chi tiết phụ kiện (nếu có);

Báo giá này có hiệu lực() ngày kể từ ngày báo giá;

Cam kết giá thấp nhất: Công ty cam kết giá cung cấp cho Bệnh viện là thấp nhất trên thị trường, trong trường hợp có giá bán thấp hơn cho đơn vị khác, công ty xin bồi hoàn giá trị phần chênh lệch;

Hàng mới 100%, sản xuất theo tiêu chuẩn ISO/FDA/CE...

Cung cấp đầy đủ giấy tờ, hồ sơ theo biên bản đính kèm.

Chân thành cảm ơn.



