

Số: 112 /TB-BVCHPHCNTPHCM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Chính hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua máy đo công năng hô hấp năm 2026 của Bệnh viện Chính hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Chính hình và Phục hồi Chức năng Thành phố Hồ Chí Minh
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
DS. Huỳnh Nữ Trà My (ĐT: 0912.253.427).
Chức vụ: Nhân viên khoa Dược – Trang thiết bị y tế, Bệnh viện Chính hình và Phục hồi Chức năng Thành phố Hồ Chí Minh;
E-mail: tothau.kd1a@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược – TTBYT Bệnh viện Chính hình và Phục hồi Chức năng Thành phố Hồ Chí Minh, số 1A Lý Thường Kiệt, P. Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh.
 - Nhận qua e-mail: tothau.kd1a@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ 08h00p ngày 07 tháng 10 năm 2026 đến trước 17h00p ngày 22 tháng 10 năm 2026.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: **Tối thiểu 180 ngày** kể từ ngày 22 tháng 10 năm 2026

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Báo giá BHYT theo nhu cầu Bệnh viện.

Mua máy đo công năng hô hấp

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Máy đo công năng hô hấp	Mô tả cụ thể tại phụ lục 1 trong Bảng mô tả đính kèm theo	01	Máy

Ghi chú: Nhà cung cấp có thể chào cấu hình tương đương hoặc ưu việt hơn. Riêng các kích thước có thể chào sai số $\pm 10\%$ so với cấu hình Bệnh viện yêu cầu.

Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng TP. Hồ Chí Minh, số 1A Lý Thường Kiệt, P. Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh.

1. Thời gian giao hàng dự kiến: 01-07 ngày sau khi hai bên ký hợp đồng.
2. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán chuyển khoản trong vòng 90 ngày sau khi hoàn thành các thủ tục bàn giao đưa vào sử dụng thiết bị y tế và xuất hóa đơn VAT.

Nơi nhận:

- Lưu: VT.


Th.S.BS. Ngô Anh Tuấn

PHỤ LỤC 1:
YÊU CẦU CHI TIẾT VỀ KỸ THUẬT

(Kèm Thông báo số /TB-BVCHPHCNTPHCM ngày tháng năm 2026)

1. Máy đo công năng hô hấp

Tiêu chí	Yêu cầu kỹ thuật (Nhà thầu có thể chào các tính năng tương đương hoặc ưu việt hơn, riêng các thông số định lượng có thể sai số tối đa 10%)
Loại thiết bị	Máy đo chức năng hô hấp chính
Phụ kiện đi kèm	Lưu lượng kế: 01 cái Phần mềm cài đặt chuyên dụng của Hãng sản xuất: 01 bộ Bộ hiệu chuẩn: Ống tiêm hiệu chuẩn dung tích 3L: 01 cái Bộ lọc kháng khuẩn: 50 cái Bộ máy tính đi kèm: 01 bộ
Thông số kỹ thuật chính	FVC - Dung tích sống gắng sức (Trước/Sau thử thuốc giãn phế quản) SVC - Dung tích sống chậm (Trước/Sau thử thuốc giãn phế quản) MVV – Thông khí tự ý tối đa 2. Các thông số đo được (Đáp ứng tối thiểu các thông số sau): Best FEV1, Best FVC, Best PEF, BEV, BEV/FVC%, BEV_ins, ChgFEV1, ChgFEV1%, ChgFVC, ChgFVC%, Computer_QC, Dosimeter Pressure, Effort_QC, EI, EOTV, ERV, ERV/FVC, EVC, FallFEV1, FEF0.2-1.2, FEF25-50%, FEF25-75%, FEF50-75%, FEF75-85%, FEF50/FIF50, FEF25-75%/FVC, FEF25-75/FVC%, FEF50/FVC (%), FEF75/FVC (%), FEF75-85/FVC (%), FET100%, FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/FVC, FEV1, FEV1 Chg Score, FEV1Q, FEV1/FEV6%, FEV1/FIV1, FEV1/FVC%, FEV1/VC%, FEV1/VCmax%, FEV1_QC, FEV2, FEV2/FVC%, FEV3, FEV3/FVC%, FEV3/FEV6%, FEV6, FEV6/FVC%, FIF0.2-1.2, FIF25-50%, FIF25-75%, FIF50-75%, FIF75-85%, FIT100%, FIV0.5, FIV1, FIV2, FIV3, FIV 6, FIVC, FIVC/FVC%, FVC, FVC_QC, Hesitation Time, IC, IRV, IRV/FVC, IVC, LungAge, MEF25%, MEF50%, MEF75%, MEF50/MIF50, MEP, MIF/MEF50%, MIF25%, MIF50%, MIF75%, MRf, MVT, MVV, MVVt, PC10, PC15, PC20, PD10, PD15, PD20, PEF, PEFr, PEFT, PIF, PIFT, Pred MVV, Rise Time, Te, Technician_QC, Ti, Ti/Ttot, Ttot, VC, VdI, VDs, VDv, VE, VT/FVC, VT/Ti. 3. Danh mục các bộ giá trị dự đoán (Bao gồm hoặc tương đương): Chhabra (India), Choi Jung Keun, Crapo 81, ERS93, Falaschetti, Forche, GLI, GLI Global, Gulsvik, Gutierrez, Gutierrez (Canada, Spirometry), Gutierrez (Chile), Hedenstrom, ITS, Jones 2020 (Brazil), Kundson 83, Kuster, LAM, Langhammer, Mary IP Hong Kong (Spiro), Multicéntrico de Bcn, NHANES III, Norma Mex, Pereira 1992, Pereira 2006, Pereira 2007 (SBPT 2008), Pneumobil, Polgar, Prata 2018 (Brazil), Solymar (Spiro), Thai, Udwadia, Zapletal 69.
Thông số phần cứng thiết bị	Loại: Turbine kỹ thuật số hai chiều (hoặc công nghệ tương đương đáp ứng độ chính xác)

Tiêu chí	Yêu cầu kỹ thuật (Nhà thầu có thể chào các tính năng tương đương hoặc ưu việt hơn, riêng các thông số định lượng có thể sai số tối đa 10%)
	Đường kính bên trong: Khoảng 28 mm Phạm vi đo lưu lượng: 0 - 16 L/s Độ chính xác lưu lượng: 5% hoặc 200 mL/s Phạm vi thể tích: Tối thiểu 0-12l. Độ chính xác thể tích: $\pm 2.5\%$ hoặc 50ml Độ phân giải: $\leq 12\text{ml}$ Độ kháng: $< 0,8 \text{ cmH}_2\text{O/l/s}$ @14 l/s Khoảng chết: 33ml Khối lượng: Khoảng 17g
Thông số kỹ thuật bộ máy tính (Đáp ứng tối thiểu các thông số sau hoặc cao hơn):	Bộ vi xử lý (CPU): Core i5 thế hệ 12 hoặc tương đương trở lên. Bộ nhớ trong (RAM): 16GB (có thể cấu hình 2x8GB) trở lên. Ổ cứng: SSD dung lượng 512GB trở lên. Màn hình: Kích thước 15.6-inch, độ phân giải Full HD () trở lên. Cổng kết nối: Tối thiểu 1x USB Type-C, 2x USB Type-A. Hệ điều hành: Window 11 Home (Bản quyền) hoặc tương đương.
Yêu cầu khác	Tình trạng: Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 202... trở về sau. Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 9001, ISO 13485 hoặc tương đương. Nguồn điện: Nguồn điện được sử dụng thông qua máy vi tính kết nối với thiết bị. Môi trường hoạt động: Từ 10°C đến 40°C. Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng (CO, CQ, giấy phép nhập khẩu...)

Phụ lục 2: Mẫu báo giá

CÔNG TY:.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại: (ghi số điện thoại có thể liên lạc được, ưu tiên ghi cả SĐT tổ chức và cá nhân để liên hệ)

BẢNG CHÀO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 1A Lý Thường Kiệt, phường Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Tên mặt hàng mời chào giá	Tên thương mại	Model	Cấu hình kỹ thuật	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Thời gian bảo hành
1											
2											
Tổng cộng: đồng (Bằng chữ: đồng)											

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Ngày thángnăm 2026
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên, đóng dấu)



Ghi chú:

1. Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.
2. Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế khác, phí, lệ phí; chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan đến việc vận chuyển đến điểm điểm lắp đặt, chi phí kiểm định, bảo hiểm, bảo hành, bảo trì trong thời gian bảo hành và chi phí chuyển giao công nghệ (nếu có);
3. Thời gian giao hàng:ngày kể từ thời điểm gửi đơn hàng của Bệnh viện;
4. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh (1A Lý Thường Kiệt, phường Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh)
5. Thời hạn bảo hành: tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu;
6. Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia